

Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора

Г. Санкт – Петербург

Ветеринарный клинический патолог Кравченко М.В.

Прибор Vcheck находится в использовании в нашей лаборатории около трех лет. Стоит отметить, что за весь период использования сложности с работой возникали только пару раз, но в основном, это было связано с температурой окружающей среды и реагентами. В целом, прибором довольны и отмечаем такие характеристики, как простота в использовании, отсутствие сложных манипуляций по обслуживанию и наладке, быстроту проведения тестов и адекватность результатов, так же вполне приемлемую себестоимость. В использовании имеем тесты на прогестерон, общий тироксин, С-реактивный белок, кортизол, SDMA, сывороточный амилоид. Не смотря на некоторые ограничения (верхняя граница определения прогестерона и общего тироксина иногда не позволяет точно определить очень высокие значения), на рутинном потоке выявления патологий и диагностики времени полового цикла этого хватает.

Хотели бы так же отметить довольно оперативную работу службы поддержки и снабжения, обычно обратную связь получаем достаточно быстро.

В целом, вполне могли бы рекомендовать данный прибор для использования в лабораториях и клиниках, особенно с учетом отсутствия необходимости обладания специальными навыками лабораторной работы.




Генеральный директор
Микитюк Ю.П.

25.09.2021